



Partizanų g. 89, LT-50312 Kaunas
Tel.: 8 685 73046
jmockuviene@enerstena.lt

KURO LABORATORIJA

2014-08-14

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. TP14-08-08

Užsakovas:

UAB „Lašų duona“

Respublikos g.106, LT-42146 Rokiškis

Tel.:+37045832841, mob.tel: 868247857,

jurate@lasai.lt

TIRIAMAS KURAS:

Kviečių granulės

Ėminys gautas: 2014-08-12

Biokuro ėminio ėmimo data, laikas: -

Ėminio ėmimo normatyvinis atrinkimo/paėmimo dokumentas:

Tyrimai baigti: 2014-08-14

Ėminį paėmė užsakovas. Ėminio aprašymas nepateiktas.

**KURO TYRIMO REZULTATAI**

Ėminio identifikacinis numeris	Parametrai, matavimo vienetai	Tyrimo metodai	Rezultatai
140812-05	Visuminės drėgmės kiekis, %	LST EN 14774	8,8
	Pelenų kiekis sausoje kuro masėje, %	LST EN 14775	6,5
	Sauso drėgmės neturinčio kuro viršutinis šilumingumas, kJ/kg	LST EN 14918	18560
	Sauso drėgmės neturinčio kuro apatinis šilumingumas, kJ/kg	LST EN 14918	17190
	Drėgno kuro apatinis šilumingumas, kJ/kg	LST EN 14918	15470

Pastabos:

Kuro laboratorijos vedėja: Jolita Mockuvienė

**Kuro laboratorija už ėminių ėmimą ir užsakovo pateiktą informaciją neatsako.
Be raštiško laboratorijos sutikimo atskiros tyrimo protokolo dalys neturi būti kopijuojamos ir dauginamos.
Tyrimo rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.
Tyrimų rezultatai konfidencialūs.**